

Başvuru Sahibi:

OLEY TİBBİ ÜRÜNLER VE MEDİKAL MALZEMELER SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Başvuru No:

2019/06077

Başvuru Tarihi:

24/04/2019

(İlk) Rüçhan Tarihi

-

Patent Sınıfı (IPC⁸):**A01B 6/10,G21F 3/00 (2009.01)****GENEL GÖZLEMLER****Buluş Bütünlüğü****X** Var (başvuru sadece bir buluş konusunu içermektedir)... (başvuru birden çok buluş konusunu içermektedir) (Bakınız: Bölüm III)**Tarifname Takımı ve Üçüncü Kişi Görüşleri**

Rapor aşağıda belirtilen tarifname takımı esas alınarak düzenlenmiştir.

Tarifname 5 sayfa (Orijinal)

İstem 6 adet (Orijinal)

Resim 1 sayfa (Orijinal)

... ... tarihli üçüncü kişi görüşleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.**Faydalı Model ile Korunabilirlik****X** Tüm istemler korunabilir niteliktedir.... ... nolu istemler korunabilir nitelikte değildir. (Bakınız: Bölüm IV)**Açıklık****X** Tüm istemler araştırılabilir niteliktedir.... ... nolu istemler araştırılabilir nitelikte değildir. (Bakınız: Bölüm IV)... Başvuruyla ilgili diğer görüşler (Bakınız: Bölüm II)Raporun Tamamlandığı Tarih: **24/09/2019**Türk Patent ve Marka Kurumu - Patent Dairesi
Başkanlığı
Hipodrom Cad. No:13 06560 Yenimahalle/ANKARA
Tel: (312) 303 1182
Faks: (312) 303 1220

Araştırmayı Yapan Uzman:

Fatma Sena BİLGİN

Başvuru Numarası:
2019/06077

A. BULUŞUN PATENT SINIFI (IPC⁸)
A01B 6/10,G21F 3/00 (2009.01)

B. ARAŞTIRILAN ALANLAR
A01B,G21F

Araştırma esnasında kullanılan elektronik veritabanları ve -uygun olduğu durumlarda- kullanılan bazı anahtar kelimeler

EPODOC, WPI, EPOQUE İngilizce ve Almanca Tüm-metin Veritabanları (TXTE, TXTDE), TÜRKPATENT Patent Veritabanı, Espacenet

"kurşun_perde,radyasyon,önleme,koruma,radiation,curtain,shield,polyurethane,lead,antimony,falling,coat,cover,dress,skin,antibacterial,motor,mechanism,thickness,height,leather,hydrophobic,portable,moveable,mobile,wheel,tire,tyre,roller,fire resistance,flame,burn,harm,liquid,bush,bearing,socket,slot,hole,bottom,base,lower,below,under,profil,side,frame" ve bunların uygun kombinasyonları

C. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kategori	Dokümanlar	İlgili Olduğu İstem
X A	CN204246152UU (ZHANG XINYI) 8 Nisan 2015 (08.04.2015) Tüm Doküman -----	1, 2 3-6
X A	CN201734728UU (SHANGHAI HOSPITAL OF TCM) 9 Şubat 2011 (09.02.2011) Tüm Doküman -----	1 2-6
A	CN206214117UU (YIGONGBAO INSTR EQUIPMENT NANJING C O LTD) 6 Haziran 2017 (06.06.2017) Tüm Doküman -----	1-6
A	CN207165246UU (ZHENGZHOU CHILDRENS HOSPITAL) 30 Mart 2018 (30.03.2018) Tüm Doküman -----	1-6
A	CN208709917UU (UNIV PEKING THIRD HOSPITAL) 9 Nisan 2019 (09.04.2019) Tüm Doküman -----	1-6

☐ İlgili Dokümanlar sonraki sayfadan devam etmektedir. ☐ Patent Ailesi Üyeleri ekine bakınız.

Kategorilerin Açıklaması:

"X"	Buluşun yeni olmadığını veya teknik özelliklerin buluş konusuna katkı sağlamadığını tek başına gösteren doküman	"E" Başvuru tarihinde veya başvuru tarihinden sonra yayımlanan doküman
"A"	Tekniğin bilinen durumunu belirten ama buluşla tam olarak ilgili olmayan doküman	"T" Buluşun altında yatan ilke veya teoriyi anlamak için belirtilen doküman "L" Başka nedenlerle belirtilen doküman
"O"	Yazılı olmayan açıklama	"D" Başvuruda belirtilen doküman
"P"	Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında yayımlanan doküman	"&" Aynı patent ailesinin dokümanı

Türk Patent ve Marka Kurumu - Patent Dairesi Başkanlığı
Hipodrom Cad. No:13 06560 Yenimahalle/ANKARA
Tel: (312) 303 1182
Faks: (312) 303 1220

Araştırmayı Yapan Uzman:

Fatma Sena BİLGİN

Başvuru Numarası:
2019/06077

D. FAYDALI MODEL VERİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

Yenilik	EVET	İstem	<u>3-6</u>
	HAYIR	İstem	<u>1,2</u>
Sanayiye Uygulanabilirlik	EVET	İstem	<u>1-6</u>
	HAYIR	İstem	-